

## 第一部分 评选函

天津市海河医院现决定采用评选的方式,对2026年天津市海河医院纳米毛囊清洁仪采购项目实施采购。现欢迎合格的供应商参加评选。

一、项目名称:2026年天津市海河医院纳米毛囊清洁仪采购项目

二、预算金额:4.98万元

三、供应商资格条件:

(一) 供应商实质性资格要求:

供应商须提供以下材料:

1. 供应商须提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。

2. 提供良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书并加盖公章。

3. 供应商须提供依法缴纳税收和社会保险费的承诺书。

4. 供应商须提供递交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明)。

5. 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书并加盖公章。

(二) 如法定代表人参加评选,须提供法人资格证明书原件和身份证复印件或其他与法定代表人身份相符的有效证件原件;如法人授权委托人参加评选,须提供法定代表人亲自签署的授权委托书原件和授权人身份证复印件或其他与授权人身份相符的有效证件原件。

四、报名方式、报名时间:

1. 报名方式: 请将评选报名函(见附件)加盖单位公章发送扫描件至邮箱 haihebaoming@163.com 办理登记报名手续, 报名咨询电话: 18222790775。

2. 报名时间: 2026年6月18日至2026年6月23日(节假日除外), 每日上午9:00至11:30, 下午14:00至16:30(北京时间)。

五、递交响应文件时间及地点、评选会议时间及地点:

1、递交响应文件的时间: 2026年6月26日 上午10:00

递交响应文件的地点: 天津市海河医院会议室。

2、评选会议时间: 2026年6月26日 上午10:00

评选会议地点: 天津市海河医院会议室。

**采购人名称：天津市海河医院**

地址：天津市津南区双港镇津沽路 890 号

联系人：江老师

联系电话：58830092

附件：

## 评选报名函

致：天津市海河医院

我单位于“天津市海河医院”官网见“2026年天津市海河医院纳米毛囊清洁仪采购项目”的评选函公示，我单位现报名参与本项目。

报名单位：

年 月 日

## 第二部分 项目需求书

一、项目名称：2026年天津市海河医院纳米毛囊清洁仪采购项目

二、交货期：签订合同之日起10日内。

三、采购预算：4.98万元。

四、参数要求：

1. 产品用途：用于头皮、毛囊清洁，均衡头皮出油，头皮修复、按摩。

2. 技术参数：

(1) 功率： $\geq 350W$

(2) 耗水量 $\leq 3L/min$

(3) 输出频率至少3档（高频，中频，低频）可调

3. 配置要求：

(1) 纳米毛囊清洁仪 1台

(2) 花洒 1个

(3) 进水管、出水管 各1套，长度按实际场景需要

五、服务要求：

1. 供应商必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物，必须负责设备的安装调试，并提供设备使用说明书等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。

2. 提供所投产品3年的免费上门保修，保修期内免费更换零配件。技术人员接到报修后1小时内电话指导；1个工作日内上门维修，技术人员需具备维修资质和经验。保修期自货到安装完成验收合格之日起计算。

3. 设备维修与更换：维修时优先使用原厂零部件，无法修复时提供同等性能的替代品。

4. 备件供应：确保备件充足供应，如需返厂维修，需提供等效替代品。

5. 维保记录：每次服务提供详细工作报告，确保信息可追溯。

6. 条款变更：条款变更时，应双方签订书面合同后方可执行。

7. 不可抗力：因不可抗力因素造成延迟，及时通知并协商处理。

8. 交货地点：招标人指定地点（具体情况以合同为准）。

9. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

10. 特别要求：交货时要求就投标产品的合法供货渠道进行说明，经核实如

投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

#### 六、商务要求：

1、 供应商报价以人民币填写。供应商的报价应包括：设备及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。供应商所报价格为货到现场满足项目需求书中全部服务要求的最终优惠价格。

2、付款方式：设备安装调试验收完毕, 10个工作日内供方开具全额发票。供方向需方支付全额货款的 10%履约保证金，需方 30 个工作日内向供方支付全额货款。正常运行 1 年后 15 个工作日内，需方向供方退回 10%的履约保证金。（具体情况以合同为准）。

#### 七、验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

注：（一）实质性技术条款（加注“★”号条款）不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

（二）应答内容不满足需求书中所述要求即为负偏离。

（三）本项目所属行业类型为：工业。